

## Prüfeinrichtung Wasserventil-Prüfstand

### Kurzbeschreibung der Prüfanlage

#### Wärmeschrank (Bild rechts)

- Druckstoßeigenschaften
- Dauerhaftigkeit (Lebensdauer)
- Erwärmung

#### Druckbehälter (Bild unten)

- Druckstoßeigenschaften

### Normen

IEC/EN 60730-2-8

IEC/EN 60730-2-8

### Technische Daten der Prüfeinrichtung

Wärmeschrank

Hersteller: HERAEUS

Typ: T 6420

Temperaturbereich: max. 300°C

Komplette Prüfanlage

Hersteller: VDE-Eigenbau nach Normenvorgabe

Druckbereich: 0 – 10 bar

Mediumtemperatur: max. 90°C



### Ansprechpartner

#### Thomas Baumann

Tel.: + 49 69 8306 – 576

Fax: + 49 69 8306 – 460

e-mail: [thomas.baumann@vde.com](mailto:thomas.baumann@vde.com)

#### Aribert Frimmel

Tel.: + 49 69 8306 – 694

Fax: + 49 69 8306 – 460

e-mail: [aribert.frimmel@vde.com](mailto:aribert.frimmel@vde.com)

Web: [www.vde.com](http://www.vde.com)